

Instruções de Utilização do iWASH®, iWASH PRO, e miniiWASH®

Líquido de Lavagem para Utilização Exclusiva com a Família de Analisadores ESR iSED®

REF	112-12-001	iWASH para o Analisador iSED/iSED ELITE ESR, 4 x 500 ml
	112-12-003	miniiWASH para o Analisador miniiSED® ESR, 4 x 250 ml
	112-12-006	iWASH PRO para o Analisador iSED PRO ESR, 1 x 1,8 l

CE **IVD**

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Os Líquidos de Lavagem iWASH, iWASH PRO e miniiWASH destinam-se a ser utilizados com os Analisadores de Taxa de Sedimentação de Eritrócitos (ESR) iSED/iSED ELITE, iSED PRO e miniiSED, respetivamente, como solução de lavagem para estes analisadores.

RESUMO E PRINCÍPIO

Os Líquidos de Lavagem iWASH, iWASH PRO e miniiWASH são de utilização exclusiva com os Analisadores iSED/iSED ELITE, iSED PRO e miniiSED, respetivamente. O Líquido de Lavagem é usado para autolimpeza do dispositivo depois de este estar em espera durante quinze minutos depois da última amostra testada ou durante outros procedimentos de manutenção/resolução de problemas. O processo demora aproximadamente um (1) minuto. Depois de concluído, os testes podem ser retomados normalmente. O produto não deve ser utilizado após a data de validade.

MATERIAL

Conteúdo: Água Ultrapura de Tipo I

Garrafa: Polietileno de Alta Densidade (HDPE)

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Este produto é estável até à data de validade indicada no rótulo.

A temperatura de armazenamento é de 5 °C a 40 °C.

PROCEDIMENTO

Para um procedimento detalhado, consulte o Manual do Operador do analisador utilizado: Manual do Operador iSED (112-09-043), Manual do Operador iSED/iSED ELITE (222-09-007), Manual do Operador iSED PRO (120-09-007) ou o Manual do Operador miniiSED (1017-09-001).

1. Retire o conector LUER da tampa de filtro do iWASH/iWASH PRO/miniiWASH.
2. Remova a garrafa vazia de iWASH/iWASH PRO/miniiWASH do analisador.
3. Remova a selagem de uma nova garrafa de iWASH/iWASH PRO/miniiWASH.
4. Desenrosque a tampa de filtro da garrafa vazia e enrosque-a numa nova garrafa iWASH/iWASH PRO/miniiWASH.
5. Coloque a nova garrafa no analisador. **Volte a colocar firmemente** o conector LUER na tampa de filtro. Nos analisadores iSED e iSED ELITE, o orifício de ventilação deve estar posicionado no topo para impedir fugas. Nos analisadores iSED PRO e miniiSED, o orifício de ventilação deve estar posicionado na vertical.

NOTA: as garrafas de Líquido de Lavagem iWASH PRO vazias têm a mesma forma que os Recipientes de Resíduos iWASTE PRO, e as garrafas vazias podem ser reaproveitadas como recipientes de resíduos. Consulte o Manual do Operador iSED PRO (120-09-007) para mais informação sobre a substituição dos Recipientes de Resíduos. Rotule-as adequadamente e siga todas as orientações/regulamentos aplicáveis, se as reutilizar como recipientes de resíduos de risco biológico.

Para informações adicionais ou perguntas sobre as informações acima indicadas, contacte o Apoio Técnico da ALCOR® Scientific através do e-mail techsupport@alcorscientific.com ou do número 1.800.495.5270 (apenas nos EUA) / +1.401.737.3774.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917 USA
(Telefone) 800.495.5270 ☎ 401.737.377
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Leia para outros idiomas



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland