

Instruções de Uso dos Contêineres de Resíduos iWASTE®, iWASTE PRO e miniiWASTE®



Contêineres de Resíduos Exclusivamente para a Família de Analisadores de VHS iSED®

REF		
112-12-005		Contêiner de Resíduos iWASTE, 4 x 500 mL
112-12-002		Contêiner de Resíduos iWASTE, 24 x 500 mL
112-12-009		Contêiner de Resíduos iWASTE PRO, 1 x 1,8 L
112-12-004		Contêiner de Resíduos miniiWASTE, 4 x 300 mL

USO PRETENDIDO

Os contêineres de resíduos iWASTE, iWASTE PRO e miniiWASTE são recipientes para resíduos destinados para uso com os Analisadores de Velocidade de Hemossedimentação (VHS) iSED/iSED ELITE, iSED PRO e miniiSED respectivamente, para coleta de resíduos.

MATERIAL

Contêiner de Resíduos iWASTE: polietileno de alta densidade (HDPE)

Contêiner de Resíduos iWASTE PRO: polietileno de alta densidade (PEAD)

Contêiner de Resíduos miniiWASTE: polietileno tereftalato (PET)

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Temperatura de armazenamento do iWASTE: -35 °C a +80 °C

Temperatura de armazenamento do iWASTE PRO: -35 °C a +80 °C

Temperatura de armazenamento do miniiWASTE: -30 °C a +60 °C

A temperatura de operação para todos os Contêineres de Resíduos é +10 °C a +30 °C

PROCEDIMENTO PARA SUBSTITUIR O CONTÊINER DE RESÍDUOS

Para um procedimento detalhado, consulte o Manual do Operador para o analisador sendo usado: Manual do Operador iSED (112-09-043), Manual do Operador iSED/iSED ELITE (222-09-007), Manual do Operador iSED PRO (120-09-007), ou o Manual do Operador miniiSED (1017-09-001).

1. Retire o conector LUER da tampa do iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE que conecta ao tubo.
2. Retire o frasco do iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE do analisador, retire do frasco a tampa que conecta ao tubo e descarte o frasco seguindo o protocolo de resíduos biológicos do seu laboratório. **NÃO DESCARTE A TAMPA QUE CONECTA AO TUBO.**
3. Retire a tampa vedadora e coloque o novo frasco do iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE com a tampa que conecta ao tubo.
4. Coloque o frasco novo no analisador. **Encaixe firmemente** o conector LUER à tampa que conecta ao tubo. Para os analisadores iSED e iSED ELITE, o orifício de ventilação deve ser posicionado no topo para evitar vazamentos. Para os analisadores iSED PRO e miniiSED, o orifício de ventilação deve ser posicionado para cima.

ATENÇÃO: os frascos vazios de fluido de lavagem iWASH® PRO podem ser usados como contêineres de resíduos. O mesmo procedimento deve ser seguido. Certifique-se de etiquetar apropriadamente o frasco iWASH PRO vazio ao usá-lo como um contêiner de resíduos.



ATENÇÃO

Durante o uso normal com o iSED, o iSED ELITE, o iSED PRO e o miniiSED, esses produtos coletarão material de origem biológica. Trate-o como material potencialmente infeccioso.

Para mais informações ou dúvidas relacionadas às informações acima, entre em contato com o Suporte Técnico Científico da ALCOR® no e-mail techsupport@alcorscientific.com ou telefone 1.800.495.5270 (apenas EUA) / + 1.401.737.3774.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917 - EUA
(Telefones) +1 (800) 495-5270 ☎ +1 (401) 737-3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland