

## Instrucciones de uso del recipiente para residuos iWASTE®, iWASTE PRO y miniiWASTE®

Recipientes para residuos para uso exclusivo con la gama de analizadores VES iSED®

<b>REF</b>	<b>112-12-005</b>	Recipiente de residuos iWASTE, 4 x 500 ml
	<b>112-12-002</b>	Recipiente de residuos iWASTE, 24 x 500 ml
	<b>112-12-009</b>	Recipiente de residuos iWASTE PRO, 1 x 1,8 l
	<b>112-12-004</b>	Recipiente de residuos miniiWASTE, 4 x 300 ml

### USO PREVISTO

Los recipientes de residuos iWASTE, iWASTE PRO y miniiWASTE son contenedores de residuos diseñados para usarse con los analizadores de velocidad de eritrosedimentación (VES) iSED/iSED ELITE, iSED PRO y miniiSED para la recogida de residuos, respectivamente.

### MATERIAL

Recipiente de residuos iWASTE: polietileno de alta densidad (PEAD)  
 Recipiente de residuos iWASTE PRO: polietileno de alta densidad (PEAD)  
 Recipiente de residuos miniiWASTE: tereftalato de polietileno (PET)

### ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Temperatura de almacenamiento de iWASTE: de -35° a +80 °C  
 Temperatura de almacenamiento de iWASTE PRO: de -35° a +80 °C  
 Temperatura de almacenamiento de miniiWASTE: de -30° a +60 °C  
 La temperatura de servicio para todos los recipientes de residuos es de +10° a +30 °C

### PROCEDIMIENTO PARA SUSTITUIR EL RECIPIENTE DE RESIDUOS

Para consultar el procedimiento detallado, consulte el manual del operador del analizador en cuestión: el manual del usuario de iSED (112-09-043), iSED/iSED ELITE (222-09-007), iSED PRO (120-09-007) o miniiSED (1017-09-001).

1. Desconecte el conector LUER del tapón de conexión de los tubos iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE.
2. Retire el frasco iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE del analizador, retire el tapón de conexión de los tubos del frasco y deseche el frasco de acuerdo con el protocolo de residuos biológicos de su laboratorio. **NO DESECHE EL TAPÓN DE CONEXIÓN DE LOS TUBOS.**
3. Desenrosque el tapón precintado y coloque el tapón de conexión de los tubos en un frasco nuevo de iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE.
4. Coloque el frasco nuevo en el analizador. **Vuelva a conectar firmemente** el conector LUER al tapón de conexión de los tubos. En el caso de los analizadores iSED e iSED ELITE, el orificio de ventilación debería situarse en la parte superior para evitar fugas. En el caso de los analizadores iSED PRO y miniiSED, el orificio de ventilación debería situarse verticalmente.

**NOTA:** Los frascos de líquido de limpieza iWASH® PRO vacíos pueden reutilizarse como recipientes para residuos. Debería seguirse el mismo procedimiento. Asegúrese de etiquetar el frasco iWASH PRO de forma adecuada si va a reutilizarse como recipiente para residuos.

**ADVERTENCIA** Estos productos recogerán material de origen biológico durante su uso normal con iSED, iSED ELITE, iSED PRO y miniiSED. Deberán tratarse como material potencialmente infeccioso.

Para obtener información adicional o hacernos preguntas sobre la información anterior, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de ALCOR® Scientific enviando un correo electrónico a [techsupport@alcorscientific.com](mailto:techsupport@alcorscientific.com) o llamando por teléfono al 1.800.495.5270 (solo en los EE. UU.) / + 1.401.737.3774.



ALCOR Scientific LLC  
 20 Thurber Boulevard  
 Smithfield, Rhode Island 02917 USA  
 (Teléfono) 800.495.5270 ☎ 401.737.3774  
[WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM](http://WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM)



EMERGO EUROPE  
 Westervoortsedijk 60  
 6827 AT Arnhem  
 The Netherlands



MedEnvoy Switzerland  
 Gotthardstrasse 28  
 6302 Zug  
 Switzerland